

2. 报价一览表

采购文件编号：GDZB-CG-2023-29

谈判项目名称：贵州大学化学与化工学院无机非金属材料工程省级一流本科专业建设项目(二次)

序号	货物名称	数量/单位	品牌	规格/型号	产地	单价	合价	主要性能/技术指标 (填写不下时可单独列表)	技术参数偏离表(正/负)	备注
1	压力试验机	1/台	无锡建仪仪器机械有限公司	TYE-300	无锡	49500	49500	1. 最大试验力：≥300kN 2. 测量范围：0-300kN 详细参数见参数技术偏离表	无偏离	
2	水泥胶砂试模	20/个	无锡建仪仪器机械有限公司	40*40*160mm	无锡	200	4000	1. 模具内部尺寸：长*宽*高 ≥40*40* 160mm 2. 材质：不锈钢 详细参数见参数技术偏离表	无偏离	
3	水泥胶砂搅拌机	3/台	无锡建仪仪器机械有限公司	JJ-5	无锡	6000	18000	1. 叶片转速： 2. 搅拌叶速度档： 自转：低档 140±2 r/min 高档：285±3 r/min 公转：低档 62±2 r/min 高档：125±3 r/min 详细参数见参数技术偏离表	无偏离	
4	水泥净浆搅拌机	2/台	无锡建仪仪器机械有限公司	NJ- 160 A	无锡	5000	10000	1. 叶与锅之间间隙：2±1mm 2. 搅拌锅容量：≥2.5L 详细参数见参数技术偏离表	无偏离	

	机		限公司							
5	电动抗折试验机	2/台	无锡建仪仪器机械有限公司	DKZ-5000	无锡	8000	16000	1. 单杠杆试验力比（上梁臂距比）（最大）：10：1 2. 双杠杆试验力比（下梁臂距比）（最大）：50：1 3. 最大力值： 单杠杆： $\geq 1000N$ 双杠杆： $\geq 5000N$ 4. 加荷速度： 单杠杆： $(10 \pm 1)N/s$ 双杠杆： $(50 \pm 5)N/s$ 详细参数见参数技术偏离表	无偏离	
6	恒温恒湿标准养护箱	1/台	无锡建仪仪器机械有限公司	HBV-40A	无锡	13000	13000	1. 有效容积： $\geq 0.4m^3$ （65×50×130cm） 2. 温度设置：20℃（可调） 3. 温度均匀性： $\pm 1^\circ C$ 详细参数见参数技术偏离表	无偏离	
7	集热式恒温磁力搅拌器	15/台	力辰科学仪器（湖南）有限公司	DF101S	苏州	800	12000	1. 最大搅拌量：2000ml 2. 转速范围：0-260r/min 详细参数见参数技术偏离表	无偏离	

8	真空干燥箱	2/台	上海一恒科学仪器有限公司	DZF-6022	苏州	5000	10000	1. 控温范围: RT+10~200℃; 2. 温度分辨率/波动度: 0.1℃/±1℃; 3. 达到真空度: ≤133Pa; 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
9	恒流泵	4/台	上海沪西分析仪器有限公司	HL-1	苏州	2000	8000	1. 输出流量参考数值: 1-600ml/h 2. 输出压力: ≥3kg/cm² 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
10	恒温水浴振荡器	1/台	济南森亚实验仪器有限公司	SHA-A	济南	5000	5000	1. 震荡频率: 40-300转/分钟 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
11	数显粘度计	2/台	力辰科学仪器(湖南)有限公司	NDJ-9S	苏州	5000	10000	1. 测量范围: 10mPa·s ~ 100000 mPa·s 2. 测量精度: ±2% (F·S) 3. 转子规格: 1、2、3、4# 转子 4. 转速: 6、12、30、60r/min 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
								1. 电流量程: 1 mA & 10mA ; 2mA & 20mA ; 10 mA & 100mA 2. 双量程范围:	

12	电池测试系统	10/台	武汉市蓝电电子股份有限公司	CT300 2A	武汉	7500	75000	5V/ 1mA & 10mA (8 通道 每台): 7 台 5V/ 2mA & 20mA (8 通道 每台): 2 台 5V/ 10mA & 100mA (8 通道 每台): 1 台 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
13	水热合成反应釜	15/台	西安常仪设备有限公司	100ml	西安	500	7500	1. 外壳材质: 304 不锈钢; 2. 内胆材质: PPL 内衬; 3. 工作温度: $\geq 280^{\circ}\text{C}$; 4. 容量: $\geq 100\text{mL}$ 。 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
14	偏光显微镜	6/台	南京江南永新光学有限公司	XP- 12 3	南京	7500	45000	1. 观察系统: 平拉式三目观察头, 倾角 30° , 45 2. 目镜: WF10X/ 18 十字目镜 3. 物镜: 无应力消色差物镜 4X、10X、25X、40X、63X 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
15	电子天平	4/台	常熟市双杰测试仪器厂	T1000	常熟	500	2000	1. 可读性 (d): 0.1 mg/ 0.01mg 详细参数见参数技术偏离表	无偏离

16	旋转蒸发器	1/台	上海亚荣生化仪器厂	RE-52 A	上海	5000	5000	1. 温度范围：室温-90℃ 2. 旋转瓶容量：50-2000ml 3. 转速范围：10- 180 转/分钟 详细参数见参数技术偏离表	无偏离
----	-------	-----	-----------	------------	----	------	------	---	-----

总报价人民币（大写）贰拾玖万元整，小写¥ 290000 元整。

交货（安装）期：（合同签定后 10 个日历天） 质保期：（ 3 ）年

供应商（公章）：贵州氮氧科技有限公司

供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：李建平

2023 年 9 月 13 日

- 注：1、请谈判供应商按此表格要求逐项填写，并合计；
2、本表所填单价、合价和总价均包含优惠下浮率及其他费用；
3、以上报价含所有费用；
4、此表可自行扩展。